



יום חמישי 04 מרץ 2021

**תעודת בדיקה מס': 75283**

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

מזמין הבדיקה : דור אלון טכנולוגיות מפרץ חיפה  
גז בע"מ

הזמנה מס' : 75283 / 1

זיהוי הפריט הנבדק : מדגם מסומן: גפ"מ אוטומטיבי

סימוכין : הזמנה מ-02/03/2021

תאריך קבלת הפריט : 02/03/2021 מס' מדגם / מיכל: גפ"מ אוטומטיבי

המדגם נבחר על ידי : הלקוח

תאריך ביצוע הבדיקה : 04/03/2021 - 04/03/2021

הערות : המדגם נבחר ע"י המזמין

נושא הבדיקה: : כמפורט להלן


**תוצאות הבדיקה**

(תעודה זו מתייחסת למדגם שנבדק בלבד. אין להפיץ תעודה זו אלא במלואה)

**דרישות לפי:**

שם שיטת בדיקה	תיאור שיטת בדיקה	תוצאה לבדיקה	יחידות מידה	מינ'	מקס'
מרקפטינים -כאתיל מרקפטן	IP 272	87	מ"ג/ק"ג	20	80

תכולת מרקפטינים (87 מ"ג/ק"ג) סוטה מהדרש בת"י 5202 (80 מ"ג/ק"ג מקס') בתחום דיוק הניסוי.  
התוצאה הנ"ל מתאימה לדרש בת"י 5202  
---סוף תעודה---

  
אריאלה בן-דב  
מנהלת מעבדה

עמוד 1 מתוך 1



רוני אמסלם  
ראש צוות מעבדה

המעבדה מוסמכת לפי-ISO/IEC 17025. ללא הסמכת הרשות " והן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות. השמוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הבדיקות המסומנות ב-(\*) הוא "ללא הסמכת הרשות" של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.  
הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מהוה אישור לפריט שנבדק.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות למדגם שנבדק בלבד.